



CONT-23-265

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIXEN L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI I SERVEIS

1. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte d'aquest acord marc la regulació de les condicions que han de regir els contractes basats per al subministrament de material de laboratori i servei de calibració de micropipetes i masses del Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

El detall de la composició de cada lot i les prescripcions tècniques d'obligat compliment de cadascun dels productes són les que consten en l'Annex del PPT.

En el cas dels lots 10,11,12 i 19 s'han d'ofertar les referències específiques del fabricant incloses en l'annex del PPT, si en el procés d'adjudicació es produeix alguna descatalogació de producte d'aquests lots, s'entendrà que el producte s'eliminarà de l'annex.

Consideracions prèvies

Obligatorietat de licitar el/s lot/s en la seva totalitat.

L'acord marc consta de lots de diferents naturalesa, que tots ells es poden englobar en tres grans grups: Reactius (CLRQ, CLKI i PAQ), Medis (CLMC) i Fungible (CLAM, CLMF i CLVI).

Reactius

- Lot 1: Reactius basats en la reacció antígen per a la identificació de microorganismes.
- Lot 2: Patrons de micotoxines.
- Lot 3: Reactius de química general.
- Lot 4: Patrons exclusius tècniques cromatogràfiques i reactius.
- Lot 5: Reactius d'extracció en fase sòlida dispersiva.
- Lot 6: Productes i reactius per a l'anàlisi de micotoxines.
- Lot 7: Antisèrums.
- Lot 8: Solucions desinfectants.
- Lot 9: Reactius per a suspensions inicials.
- Lot 10: Patrons Dr. Ehrenstorfer.

Medis

- Lot 11: Productes IDEXX.

Fungible

- Lot 12: Puntetes Eppendorf per a micropipetes i tubs.
- Lot 13: Vials i accessoris de cromatografia.
- Lot 14: Material fungible d'un sol ús.
- Lot 15: Material de vidre específic.
- Lot 16: Material de vidre volumètric.
- Lot 17: Material fungible durader.
- Lot 18: Sistema de filtració amb vial incorporat.
- Lot 19: Fungible per als equips Agilent.

Treballs tècnics

- Lot 20: Calibracions de micropipetes i masses

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1	07/07/2023	Cap del Servei d'Administració i Logística
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	e4b17f8b994a4724b25b33263d0407ce001	
Url de validació	https://vds.aspb.cat/abasis/idi/arx/itlanxabsaweb.asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- **Lot 4 Patrons exclusius tècniques cromatogràfiques i reactius i Lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer**

En el cas del lot 4 i lot 10 de patrons, es reserva una partida de diners per la compra de patrons no descrits en el seu annex corresponent, no són dos lots exhaustius, es poden incorporar al llarg de la vigència dels contractes basats nous patrons no descrits en l'annex.

La missió del Laboratori de l'ASPB és la de participar en la garantia de la innocuïtat dels aliments a disposició de la població catalana, en el control de la pol·lució ambiental a la ciutat de Barcelona i en la investigació dels brots i casos de toxiinfeccions alimentàries i mediambientals, a través de la seva activitat analítica.

El Laboratori disposa d'un abast d'acreditació segons ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) fix per a uns mètodes determinats, però també disposa d'altres mètodes gestionats segons un abast flexible d'acreditació, dins del qual actualment hi ha 8 categories d'assaig amb els seus corresponents mètodes d'anàlisi. Un abast flexible permet donar resultats sota acreditació ISO/IEC 17025 sense passar prèviament pel cicle d'auditoria externa.

Aquest abast flexible permet donar resposta analítica acreditada a sol·licituds sorgides d'alertes sanitàries (sistema europeu d'alertes, RASFF), que obliguen a la posta a punt de nous mètodes d'anàlisi, o bé, a noves peticions dels cossos d'inspecció no previstes inicialment. La posta a punt de nous mètodes i la corresponent dels seus patrons fa que sigui complicat per al Laboratori elaborar una llista tancada de patrons, ja que durant l'any poden sorgir tot tipus de noves demandes.

Les demandes de nous mètodes o nous analits dins d'un mètode ja existent sempre estaran emmarcades dins d'alguna de les categories d'assaig que tenim publicades a la nostra cartera de serveis. Aquestes famílies es detallen a continuació:

- Norovirus (genogrup I i II) per RT-PCR en temps real en aliments i escovilló de superfícies inerts. Procediment general: XX/1/0037.
- Additius alimentaris per cromatografia de líquids en aliments (Conforme al Reglament (CE) 1333/2008). Procediment general: XX/2/11000.
- Contaminants químics orgànics per cromatografia en aliments, aigües i suports de mostreig d'aire ambient. Procediment general: XX/2/22000.
- Elements químics i espècies per espectroscòpia atòmica en aliments, additius alimentaris, aigües i suports de mostreig d'aire ambient. Procediment general: XX/2/07000.
- Ions per cromatografia de líquids en aliments, additius alimentaris i aigües. Procediment general: XX/2/02000.
- Residus zosanitaris per cromatografia de líquids en aliments i productes d'origen animal (Conforme a la Decisió de la Comissió 2002/657/CE). Procediment general: XX/2/19000.
- Toxines naturals per cromatografia en aliments. Procediment general: XX/2/24000.
- Residus de plaguicides per cromatografia. Procediment general: XX/2/20000.

L'envàs descrit en els lots de l'annex del PPT és una condició d'obligat compliment, en determinats lots com antisèrums, i quechers i el lot de fungible d'un sol ús, es permet diferents opcions d'envàs, considerant afavorir la màxima concurrència de licitadors.

En aquest mateix annex consten els preus unitaris màxims de cada producte, que per tant no es poden superar, així com les quantitats estimades de consum.

- **Lot 11 productes IDEXX**

En el punt 10 de la memòria justificativa es deixa constància de la necessitat que té el laboratori de comprar els productes marca IDEXX.

Al tractar-se d'un lot amb un licitador que subministra els productes de caràcter exclusiu, cal una declaració en la que faran constar aquesta circumstància.

2. Especificacions tècniques

Les característiques tècniques dels productes (nom, qualitat analítica del producte i presentació) estan especificades en l'Annex del PPT. Es tracta de prescripcions tècniques d'obligat compliment i, en conseqüència, els licitadors hauran d'acreditar que els productes que ofereixen compleixen amb aquestes. En el cas que un licitador presenti una oferta on un o diversos productes del lot no compleixin amb les prescripcions tècniques d'obligat compliment, aquesta oferta quedarà exclosa de l'acord marc pel que respecta al lot afectat.

A l'hora d'elaborar les descripcions dels productes s'ha vetllat per l'acompliment de les exigències de l'article 126 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En tots aquells casos excepcionals en que no ha estat possible realitzar una descripció suficientment precisa o intel·ligible d'algun dels productes, s'ha fet constar la marca de referència per a facilitar la identificació del producte, però sempre indicant que s'admetran productes equivalents d'altres marques. En els casos en què s'ha fet referència a una marca com a descripció tècnica, el licitador que presenti oferta amb un producte equivalent haurà de provar l'equivalència amb la marca de referència, així com l'acompliment de les prescripcions tècniques d'obligat compliment. En concret, en el cas del productes del lot 3 CLRQ01336 metanol i CLRQ01337 acetonitril, s'han de complir les especificacions tècniques de la marca referenciada, i en el cas del lot 18, a més de l'equivalència dels productes ofertats amb la marca que consta a la descripció, els licitadors també hauran d'acreditar la compatibilitat dels productes ofertats amb l'equip de cromatografia de líquids UHPLC Acquity marca Waters.

En el cas dels lot 10, 11, 12 i 19, per raons d'exclusivitat tècnica que s'han justificat en el present expedient, no s'admeten productes de marques diferents de les que consten a la descripció dels productes dels lots.

En el cas del lot 20 "calibracions de micropipetes i masses", l'adjudicatari ha de complir els següents requisits:

- Els calibratges de les pipetes es realitzaran "in situ" al Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona per un laboratori acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) pel calibratge d'aquest tipus d'equip segons la norma de referència UNE-EN ISO/IEC 17025.
- El laboratori de calibratge també haurà d'estar acreditat per ENAC pel calibratge de masses patró de classe F1 conforme a la recomanació OIML R 111: 2004.
- El laboratori de calibratge haurà d'estar acreditat per realitzar les calibracions "in situ" de totes les micropipetes, incloses les de volum nominal de 10 mL i les micropipetes multicanal.
- La capacitat de mesura i calibració (CMC) del laboratori de calibratge, és a dir la menor incertesa de mesura que el laboratori pot proporcionar als seus clients expressada com a incertesa expandida per a un nivell de confiança del 95%, ha de ser la mínima possible pels diferents rangs de volum. La CMC haurà d'estar d'acord amb els valors indicats en l'annex tècnic del certificat d'acreditació segons la norma de referència UNE-EN ISO/IEC 17025.
- El laboratori de calibratge haurà de presentar juntament amb la memòria un certificat complet de calibratge ENAC per a la seva avaluació.
- El certificat de calibratge ENAC inclourà el càlcul de l'exactitud i la precisió de les pipetes pels diferents volums avaluats. Els valors d'exactitud i precisió seran comparats amb les toleràncies especificades en la norma de referència UNE-EN ISO 8655 (errors màxims sistemàtics i aleatoris permesos).
- El procediment de calibratge haurà d'incloure l'avaluació de com a mínim 3 volums (volum nominal, 50% i 10% del volum nominal) amb al menys 4 mesures per cada volum.
- Es calibraran tots els canals de les pipetes multicanal i els resultats del calibratge de cada canal s'inclouran en el certificat de calibratge.
- El laboratori tindrà la capacitat de calibrar totes les micropipetes del Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en un temps màxim d'una setmana, per tal que l'afectació a la feina en els serveis tècnics del Laboratori sigui la mínima possible.
- El laboratori de calibratge haurà de realitzar el manteniment integral de les micropipetes (desmuntar la pipeta, neteja amb alcohol per dins i per fora, engrèixar les diferents peces, prova d'estanqueïtat, canvi de juntes, canvi de peces malmeses i ajust per optimitzar el resultat del calibratge).

- El laboratori de calibratge disposarà de suficient personal acreditat per a realitzar els calibratges i per l'emissió i entrega dels certificats "in situ" en el temps acordat.
- Els desplaçaments i la mà d'obra seran sense càrrec addicional.
- El calibratge de les pipetes tindrà una garantia d'un any, incloent el manteniment continuat, és a dir, quan una de les pipetes calibrades presenti problemes serà revisada i ajustada si procedeix pel laboratori de calibratge sense cost addicional, emetent-se un nou certificat de calibratge ENAC.
- En cap cas es podran subcontractar les operacions de calibratge a altres laboratoris.

3. Presentació de l'oferta tècnica

Els licitadors han de presentar oferta a tots els productes que comprèn cada lot i la seva oferta no podrà superar el preu màxim unitari de cada producte que conforma el lot. L'oferta s'ha de presentar complimentant l'Annex del PPT, en el qual s'haurà de respectar la columna dels annexes "contingut".

Serà motiu d'exclusió, a més de la no acreditació del compliment de les prescripcions tècniques d'obligat compliment:

- canviar les presentacions i envasos dels productes a l'Annex del PPT en els lots (excepte en determinats lots i determinats productes que es permet un barem de presentació d'envasos per assegurar la màxima concurrència).
- superar els preus unitaris màxims d'algun dels productes del lot.
- no presentar oferta a tots els productes del lot.

Els licitadors han de presentar les ofertes econòmiques en format pdf i en format excel.

En el cas del lot 4 i 10, lots que no son exhaustius, es podran requerir patrons no previstos en l'annex excel (lot 4 i lot 10), corresponents a la mateixa família del lot respectiu e inclosos en el catàleg del licitador que els haurà de lliurar aplicant al seu preu de mercat el descompte ofert en la present licitació.

En el cas del lot 2, lot 6 i lot 18, quan es presenti oferta amb productes equivalents a la marca de referència que consta a la descripció tècnica del producte, cal presentar mostra de tots els productes del lot al qual s'opti dins del termini de presentació d'ofertes.

En el cas del lot 20 calibracions, el Servei de Gestió de la Qualitat del Laboratori, pot sol·licitar una demostració del servei que ofereix el licitador abans de considerar-lo un proveïdor seleccionat.

4. Previsió de necessitats

El Laboratori realitza els controls analítics derivats de les actuacions de control oficial i dóna suport analític a les investigacions derivades de l'aparició de brots i alertes alimentàries; atès que aquestes actuacions no poden preveure's de forma anticipada, les previsions de consum dels productes només poden establir-se de forma estimada i per tant estaran subordinats a les necessitats del laboratori. Cap contractista té dret a reclamar cap mena de compensació en el cas que el consum sigui inferior al previst.

El licitador ha de considerar que es tracta d'una estimació de consum durant la vigència del contracte, una previsió de compra en base al consum històric del laboratori i l'estoc actual en el magatzem del laboratori.

5. Termini de subministrament

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar el subministrament dels productes en un termini màxim de 15 dies naturals, a partir de la data de les comandes fraccionades fetes pel Laboratori (excepte els productes de substància controlada que conformen el lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer).

No obstant, les empreses poden reduir aquest termini de lliurament en les seves ofertes.

Es facilita en l'annex tècnic de cada lot els consums estimats, per tant els adjudicataris ja poden tenir reservats en el seus magatzems una quantitat dels productes de major consum del lot, per poder complir el termini màxim exigít, s'aplicarà un sistema de faltes per penalitzar als proveïdors que siguin reincidents en el compromís de lliurament de comandes.

Quan l'adjudicatari tingui problemes de subministrament d'un producte ofertat del lot, ha de buscar una alternativa equivalent en el termini de 6 dies hàbils i aquesta alternativa no justifica el poder incrementar el preu d'aquell producte.

En el lot de serveis de calibracions de les micropipetes i masses, es realitzarà un calibratge anual durant el primer semestre de l'any que es planificarà previ acord amb el Servei de Gestió de la Qualitat del Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) el qual sol·licitarà el servei com a mínim amb un mes d'antelació a la data de calibratge.

6. Caducitat del producte

En el cas dels lots dels grups de reactius s'hauran de subministrar amb la caducitat que el laboratori faci constar en les comandes respectives que s'efectuïn en el contractes derivats de l'acord marc.

En el cas del lot 2 "patrons de micotoxines", la caducitat mínima de tots els productes ha de ser d'un any.

Els productes que conformen el lot 1, 3, 4,6,7,8, 10 i 11 han de tenir una caducitat mínima d'un any, en el cas que no es pugui complir la condició en alguna ocasió, s'ha d'avisar primer al laboratori, informant del lot i caducitat i de la previsió termini per disposar d'un altre lot amb caducitat mínima d'un any.

Les empreses adjudicatàries efectuaran el canvi de qualsevol producte que arribi defectuós, trencat o amb data propera de caducitat.

En el transport dels productes s'ha de mantenir la cadena de fred.

7. Lloc de subministrament

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats queden obligades a lliurar els productes al Laboratori de l'ASPB, situat a l'Avinguda de les Drassanes, 13 de Barcelona.

Les empreses licitadores, en cas de resultar adjudicatàries del lot, NO poden exigir un import de comanda mínima. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar totes les comandes independentment de l'import. No es poden cobrar ports ni despeses de gestió addicionals. Totes les despeses associades a l'execució del contracte estan incloses en els preus unitaris que ofereixin els licitadors per a cada producte, exceptuant determinades referències del lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer que requereixen llicència d'importació, i es generen despeses d'aduanes amb servei de broker extern no contemplats en els preus unitaris dels productes.

8. Facturació

El pagament a el contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida amb la normativa vigent sobre facturació electrònica.

Segons la llei vigent, els proveïdors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) hauran de presentar les factures electrònicament al servei eFACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és el punt general d'entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya.

A la factura s'haurà d'identificar el número d'expedient del contracte basat derivat de l'acord marc.

Barcelona, a data de la signatura

Glòria Muñoz
Cap del Servei d'Administració i Logística