



C S B Consorci Sanitari de Barcelona



## ANUNCI ERROR MATERIAL PPT

S'ha observat un error material en el punt k) de l'apartat **2.-REQUISITS TÈCNICS D'OBLIGAT COMPLIMENT** del Plec de Prescripcions Tècniques, on diu:

k) L'equip ha de cobrir un rang de masses de fins a 5.000.000 m/z.

Ha de dir:

k) L'equip ha de cobrir un rang de masses de fins a 500.000 m/z.

Signatura 1 de 1

Marta Acero Borrego

25/06/2026

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació c7247a04cb424c26b2056a5d542f870b001

URL de validació <https://vds.aspb.cat/absis/idl/arx/idlarxabsa/web/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original